

**Appel d'offre
Matériels de CHIMIE**

LOT 1 : pH-mètres de pailasse

Type de matériels	Quantité	Spécifications techniques MINIMALES requises
pH-mètre de pailasse avec électrode	26	<ul style="list-style-type: none">-Plage de mesures :<ul style="list-style-type: none">• pH de 0,00 à 14,00 +/- 0,01• mV de -2000 à 2000 +/- 1• température de 0 à 100 °C ± 0,5- Etalonnage max. 3 points standards- Compensation manuelle et automatique de la température- Affichage clair et permanent des données : valeur de pH, température, tampons et pente.- Signal visuel et sonore de stabilité de la mesure- Navigation intuitive- Grand écran- Notice en français - Electrode de pH en verre avec sonde de température intégrée- Support d'électrode complet démontable : bras ou tige et porte-électrode - Conception compacte- Alimentation sur secteur avec transformateur fourni- Garantie 3 ans

LOT 2 : Agitateurs magnétiques chauffants

Type de matériel	Quantité	Spécificités techniques MINIMALES requises
Agitateur magnétique chauffant	12	<ul style="list-style-type: none">- Plaque résistante à la corrosion et aux produits chimiques- Dimension de la plaque : 150 x 150 mm- Température : 0 à 300°C- Témoin lumineux indiquant que la plaque est chaude ; y compris lorsque l'appareil est débranché- Puissance : 700W- Capacité d'agitation : 15 L- Vitesse d'agitation : 0 à 2000 tr/min- Conception robuste et compacte- Alimentation sur secteur par câble déconnectable de l'appareil- Garantie 2 ans

Les réponses à l'appel d'offre doivent être accompagnées d'un dossier technique précis relatif à tous les articles proposés dans les devis.